

Stretcher X - hydraulic & Stretcher SL

Standardi

- **MDR 2017/745** Proizvodi zadovoljavaju odredbe Uredbe (EU) MDR 2017/745 za medicinske proizvode. Klasa I (Prilog VIII, pravilo 1).

Proizvodi su u skladu sa sljedećim standardima:

- **EN 1041:2008+A1:2013:** Informacije koje daje proizvođač medicinskih proizvoda
- **EN ISO 9001:2015:** Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi (ISO 9001:2015)
- **EN ISO 13485:2016:** Medicinski uređaji - Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi za zakonsku namjenu (ISO 13485:2016)
- **EN ISO 14971:2019:** Medicinski proizvodi - Primjena upravljanja rizikom za medicinske proizvode (ISO 14971:2019)
- **EN ISO 15223-1:2017:** Medicinski proizvodi - Simboli za upotrebu u označivanju medicinskih proizvoda i informacijama uz medicinske proizvode - 1. dio: Opći zahtjevi (ISO/DIS 15223-1:2020)
- **EN 62366:2008 + A1:2015:** Medicinski uređaji - Primjena prikladnog oblikovanja i konstrukcije medicinskih uređaja

Nagrade

- **Red Dot:** Stretcher X 2017. primio je nagradu Red Dot Design Award.

Patenti

- **EU patent br. EP3377017** Uređaj za transport i medicinsku njegu pacijenata: 2019., Stretcher X dobiva EU patent za svoju inovativnu dijagonalnu bazu.
- **EU patent br. EP3496694** Spojni element medicinske ograde, njegov sastav i postupak sastavljanja navedenog sklopa: Zaštitne ograde 2020. dobivaju EU patent (standardna oprema na proizvodima: Stretcher X, Stretcher SL, Day hospital chair ZeroG)
- **US patent br. 11110019** Spojni element medicinske ograde, njegov sastav i postupak sastavljanja navedenog sklopa: Zaštitne ograde 2021. dobivaju EU patent (standardna oprema na proizvodima: Stretcher X, Stretcher SL, Day hospital chair ZeroG).