
Stretcher X - hydraulic & Stretcher SL

Standard

- **MDR 2017/745** I prodotti soddisfano le disposizioni del Regolamento (UE) MDR 2017/745 per i dispositivi medici. Classe I (Allegato VIII, Regola 1).

I prodotti rispettano i seguenti standard:

- **EN 1041:2008+A1:2013**: Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici
- **EN ISO 9001:2015**: Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti (ISO 9001:2015)
- **EN ISO 13485:2016**: Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari (ISO 13485:2016)
- **EN ISO 14971:2019**: Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (ISO 14971:2019)
- **EN ISO 15223-1:2017**: Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti general (ISO/DIS 15223-1:2020)
- **EN 62366:2008 + A1:2015**: Dispositivi medici - Applicazione dell'ingegneria delle caratteristiche utilizzative ai dispositivi medici

Premi

- **Red Dot**: La barella Stretcher X ha ricevuto il Red Dot Design Award nel 2017.

Brevetti

- **Brevetto UE n. EP3377017** Dispositivo per il trasporto e l'assistenza medica dei pazienti: Nel 2019, la barella Stretcher X ottiene il brevetto UE per la sua innovativa base diagonale.
- **Brevetto UE n. EP3496694** Elemento di collegamento per sponde laterali di lettino medico, assieme che lo comprende e procedura per assemblare detto assieme: Nel 2020 le sponde laterali hanno ottenuto il brevetto UE (dotazioni di serie sui prodotti: Barella Stretcher X, barella Stretcher SL, Poltrona Day hospital ZeroG)
- **Brevetto USA n. 11110019** Elemento di collegamento per sponde laterali di lettino medico, assieme che lo comprende e procedura per assemblare detto assieme: Nel 2021 le sponde laterali hanno ottenuto il brevetto UE (dotazioni di serie sui prodotti: Barella Stretcher X, barella Stretcher SL, Poltrona Day hospital ZeroG)