



Preporuke za čišćenje Novak M strechera, terapeutskih stolaca i stolaca day hospital chair

	MATERIJALI	ČIŠĆENJE	DEZINFEKCIJA
KONSTRUKCIJA 	Čelik obložen prahom, kromirane čelične cijevi, nehrđajući čelik	Preporučuje se redovito čišćenje. Upotrebljavajte mekanu krpnu od mikrovlakana i mješavinu vode i sapuna. Obrišite suhom krpom. Upotrebljavajte sredstva za čišćenje bez abrazivnih čestica!	Za dezinfekciju slijedite iste upute kao i za dezinfekciju madraca.
	Plastični pokrov	<p>Prašinu i suhu prljavštinu treba ukloniti mekanom, vlažnom krpom.</p> <p>Upotrebljavajte tradicionalna neabrazivna sredstva za čišćenje u kućanstvu. Nakon toga dobro operite i očistite suhom krpom.</p> <p>Ne upotrebljavajte aceton, kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za čišćenje koja pripadaju kemijskoj skupini ketona, estera i aromatskih otapala.</p>	
MADRAC 	Madrac: Materijal presvučen PU 100 % poliester sa zaštitom od vlage 100 % poliuretan	<p>Preporučuje se redovito čišćenje.</p> <p>Za uklanjanje prljavštine s madraca upotrijebite krpnu i mješavinu sapuna i tople vode. Isperite čistom vodom i ostavite da se u potpunosti osuši.</p> <p>Preporučuje se da se krv i urin odmah uklone kako bi se izbjeglo stvaranje mrlja na površini ako se mrlje ne očiste neko vrijeme. Upotrebljavajte papirnate ručnike, krpnu i hladnu vodu.</p> <p>Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, aceton ili kiseline.</p> <p>Preporučuje se redovito pregledavati madrac kako biste ustvrdili eventualna oštećenja PU materijala!</p>	<p>Uvijek očistite i osušite madrac prije dezinfekcije!</p> <p>Preporučuje se ispiranje čistom vodom nakon čišćenja ili dezinfekcije</p> <ul style="list-style-type: none"> • za sprječavanje nakupljanja zaostalih kemikalija za čišćenje koje mogu ugroziti biokompatibilnost navlake madraca • za sprječavanje nakupljanja zaostalih kemikalija za čišćenje, što rezultira čišćenjem višom koncentracijom od preporučene i mogućim oštećenjem poklopca • za sprječavanje stvaranja abrazivnih kristala koji mogu oštetiti površinu proizvoda tijekom upotrebe i naknadnog čišćenja <p>Ako dopustite da se alkohol nakupi na jednom mjestu, to može rezultirati privremenim napuhivanjem pokrova, što ga opet čini sklonijim mehaničkim oštećenjima.</p> <p>Sredstva za dezinfekciju treba upotrebljavati prema uputama proizvođača.</p> <p>Popis preporučenih metoda za dezinfekciju možete pronaći u prilogu.</p> <p>Rabite isključivo jedno dezinfekcijsko sredstvo za vrijeme čišćenja!</p>

Preporuke za čišćenje Novak M strechera, terapeutskih stolaca i stolaca day hospital chair

Metoda	% aktivno	Vrijeme zadržavanja	Poslije nanošenja	Utjecaj na tkaninu
Alkohol	70 tipično	10 min	Isperite i osušite. Izbjegavajte nakupljanje	Prihvatljivo za upotrebu i preporučeno uz pridržavanje mjera opreza. Premaz može nabubriti i biti podložan oštećenjima. Treba obavezno paziti dok se potpuno ne osuši (~1 sat).
Etilen oksid	3	> 30 min: ovisi o temperaturi	Mogu ostati otrovni ostaci. Prije upotrebe temeljito isperite i osušite.	Prihvatljivo, ali se ne preporučuje. Problemi s eksplozivnošću i toksičnošću pri rukovanju s EtO. Ostaci mogu ugroziti biokompatibilnost pokrova.
Klor i spojevi	1000 ppm do 10 000 ppm	< 10 minuta: ovisi o snazi i procjeni mikroba	Isperite i osušite	Prihvatljivo i preporučljivo. 1000 ppm je prikladno za svakodnevno čišćenje. Za dekontaminaciju se može upotrebljavati do 10 000 ppm. Mora se isprati čistom vodom i obrisati ručnikom (izbjegavajte jaku abraziju).
Formaldehid	2 – 8	< 10 min	Isperite i osušite	Nije prikladno za upotrebu. Ograničenja izloženosti osoblja vrijede za osoblje koje čisti. Jak miris.
Glutaraldehid	2	ovisno o temperaturi	Isperite i osušite	Prikladno za upotrebu.
Vodikov peroksid	3 – 25 %	< 5 min	Neutralizirati i osušiti	Uvjetno prihvatljivo za upotrebu. Mora se potpuno neutralizirati.
Jodofori	75 – 100 ppm	< 20 min	Neutralizirati i osušiti	Uvjetno prihvatljivo za upotrebu. Mora se potpuno neutralizirati. Alkalni peroksid visoke koncentracije (10 i više) nije prihvatljiv za upotrebu.
Ortoftalaldehid	0,55 %	5 min	Isperite i osušite	Prihvatljivo za upotrebu uz mjere opreza. Ostavlja mrlje na ljudskoj koži
Peroctena kiselina	0,2 – 0,35	< 20 min	Isperite i osušite	Nije prikladno za upotrebu.
Fenoli	2 – 12 %	10 min	Odložiti	Nije prikladno za upotrebu. Nepovratno bubrenje premaza
Kvarterni amonijevi spojevi	3 – 15 %	varira – pogledajte smjernice na etiketi	Isperite i osušite	Uvjetno prihvatljivo za upotrebu. Kvarterni amonijevi spojevi obično su previše alkalni. Ne preporučuju se kvaterne otopine s pH > 10. NE UPOTREBLJAVAJTE QUAT MARAMICE jer sadrže natrijev hidroksid (NaOH).

Odricanje odgovornosti: Obavezno slijedite upute za upotrebu svakog dezinficijensa. Dugotrajna upotreba ne može isključiti mogućnost propadanja materijala. Novak M ne prihvata nikakvu odgovornost u pogledu dezinfekcijskog učinka sredstava.

Komenda, lipanj 2023.